



■ Problèmes réactifs qPCR : quand tout va mal

Certains d'entre vous sont sans doute confrontés à de grandes difficultés pour le rendu des techniques de RT-qPCR (décalages importants de Ct, quantifications incorrectes, tubes mal remplis ou avec mauvais contenu....). Après plusieurs remontées de labo, le GBMHM a diffusé une enquête auprès de ses membres. Nous vous remercions sincèrement d'y avoir répondu. En croisant les données récoltées, elle a ainsi pu confirmer l'existence d'anomalies sur des réactifs concernant à la fois des plasmides mais également les master mix. Une réunion par visio a eu lieu mercredi 7/10 avec les laboratoires ayant répondu à l'enquête afin d'échanger ensemble et décider des suites à donner :

- ❖ des [courriers officiels](#) ont été adressés aux sociétés impliquées dans ces dysfonctionnements ;
- ❖ nous vous invitons à faire des déclarations de réactovigilance si vous êtes concernés par ces réactifs défectueux.

Nous vous tiendrons informés de l'avancée de ce dossier (en temps réel...).

■ Agenda

 Réunion GBMHM **le 26/11/2026** de 14h à 17h en distanciel ; lien visio à venir.

Au programme :

- ✓ Restitution de l'EEQ NGS MYELOIDE ;
- ✓ Retour sur l'enquête à propos des CNV et des variants d'épissage, illustré par les pratiques de 4 centres français.

 Réunion GBMHM **le 19/01/2026** « Autour de *FLT3* et *UBTF* » en présentiel à l'hôpital Saint Louis, amphithéâtre Hayem .
Programme précis à venir.

Pensez à vous inscrire sur le [site internet](#) pour les réunions

